ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO
SCOPE OF ACCREDITATION FOR TESTING LABORATORY
Nr/No. AB 1320

wydany przez / issued by
POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI
01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42

Wydanie/Issue 12 z/of 07.02.2024

AB 1320	Nazwa i adres / Name and address **ELEKTROCIEPŁOWNIA MIELEC Sp. z o.o.** **LABORATORIUM ANALIZ CHEMICZNYCH** **ul. Wojska Polskiego 3** **39-300 Mielec**
Kod identyfikacyjny / Identification code *)	**Dziedzina i przedmiot badań / Field of testing and item:**
- C/10; C/32 - N/10; N/32	- Badania chemiczne paliw stałych, odpadów / Chemical tests of solid fuels, waste - Badania właściwości fizycznych paliw stałych, odpadów / Tests of physical properties of solid fuels, waste

Wersja strony/Page version: A

*) Kod identyfikacyjny zgodnie z załącznikiem do dokumentu DAB-07 dostępnym na stronie internetowej www.pca.gov.pl / The identification code according to the Annex to document DAB-07, available at PCA website www.pca.gov.pl

p.o. KIEROWNIKA DZIAŁU AKREDYTACJI BADAŃ CHEMICZNYCH

MARCIN BEKAS

Niniejszy dokument jest załącznikiem do Certyfikatu Akredytacji Nr AB 1320 z dnia 06.02.2020 r.
Cykl akredytacji od 07.02.2024 r. do 06.03.2028 r.
Status akredytacji oraz aktualność zakresu akredytacji można potwierdzić na stronie internetowej PCA *www.pca.gov.pl*

This document is an annex to accreditation certificate No. AB 1320 of 06.02.2020
Accreditation cycle from 07.02.2024 to 06.03.2028
The status of accreditation and validity of the scope of accreditation can be confirmed at PCA website *www.pca.gov.pl*

Laboratorium Analiz Chemicznych ul. Wojska Polskiego 3, 39-300 Mielec		
Przedmiot badań/wyrób	**Rodzaj działalności/badane cechy/metoda**	**Dokumenty odniesienia**
Paliwa stałe: **węgiel kamienny**	Zawartość wilgoci przemijającej Zakres: (0,2 – 40,0) % Metoda wagowa	PN-80/G-04511
	Zawartość wilgoci w węglu powietrzno-suchym Zakres: (0,5 – 10,0) % Metoda wagowa	PN-80/G-04511
	Zawartość wilgoci w próbce analitycznej Zakres: (0,2 – 10,0) % Metoda wagowa	PN-80/G-04511
	Zawartość wilgoci całkowitej (z obliczeń)	PN-80/G-04511
	Zawartość popiołu Zakres: (1,0 – 45,0) % Metoda wagowa	PN-ISO 1171:2002
	Zawartość części lotnych Zakres: (5,00 – 40,00) % Metoda wagowa	PN-G-04516:1998
	Ciepło spalania Zakres: (10000 – 35000) kJ/kg Metoda kalorymetryczna Wartość opałowa (z obliczeń)	PN-81/G-04513 PN-ISO 1928:2020-05
	Zawartość węgla całkowitego Zakres: (35,0 – 90,0) % Metoda wysokotemperaturowego spalania z detekcją IR	PB/04 z dnia 05.10.2015 r.
	Zawartość siarki całkowitej Zakres: (0,10 – 2,50) % Metoda wysokotemperaturowego spalania z detekcją IR	PN-G-04584:2001
	Zawartość węgla całkowitego Zakres: (30,0 – 90,0) % Metoda wysokotemperaturowego spalania z detekcją IR	PN-G-04571:1998
	Zawartość wilgoci pierwszego stopnia (przemijającej) Zakres: (0,2 – 40,0) % Metoda wagowa	PN-ISO 589:2006
	Zawartość wilgoci drugiego stopnia (wilgoć pozostała w próbce) Zakres: (0,5 – 10,0) % Metoda wagowa	PN-ISO 589:2006 metoda A1
	Zawartość wilgoci w próbce analitycznej Zakres: (0,2 – 10,0) % Metoda wagowa	PN-ISO 11722:2009
	Zawartość wilgoci całkowitej (z obliczeń)	PN-ISO 589:2006 metoda A1

Wersja strony: A

Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/badane cechy/metoda	Dokumenty odniesienia
Odpady [o)] kod: 10 01 01, 10 01 02	Zawartość wilgoci w próbce analitycznej Zakres: (0,10 – 3,00) % Metoda wagowa	PB/03 z dnia 28.09.2023 r.
	Zawartość węgla całkowitego Zakres: (1,0 – 45,0) % Metoda wysokotemperaturowego spalania z detekcją IR	PB/03 z dnia 28.09.2023 r.
	Zawartość węgla całkowitego Zakres: (1,0 – 60,0) % Metoda wysokotemperaturowego spalania z detekcją IR	PN-G-04571:1998

[o)] Kody odpadów według Rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie katalogu odpadów.

Wersja strony: A

Wykaz zmian
Zakresu Akredytacji Nr AB 1320

Status zmian: wersja pierwotna – A

Zatwierdzam status zmian

p.o. KIEROWNIKA
DZIAŁU AKREDYTACJI
BADAŃ CHEMICZNYCH

HOLOGRAM
HOLOGRAM

HOLOGRAM
HOLOGRAM

MARCIN BEKAS
dnia: 07.02.2024 r.