ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO
SCOPE OF ACCREDITATION FOR TESTING LABORATORY
Nr/No. AB 1741

wydany przez / issued by
POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI
01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42

Wydanie/Issue 6 z/of 05.03.2024

AB 1741	Nazwa i adres / Name and address **Ośrodek Badawczo-Rozwojowy RCC Sp. z o.o.** **ul. Grunwaldzka 2 A** **48-340 Głuchołazy**
Kod identyfikacyjny / Identification code *)	**Dziedzina i przedmiot badań / Field of testing and item:**
- C/6; C/54	- Badania chemiczne wyrobów i wyposażenia elektrycznego, wyrobów i wyposażenia elektronicznego / Chemical tests of electrical and electronic products and equipment

Wersja strony/Page version: A

*) Kod identyfikacyjny zgodnie z załącznikiem do dokumentu DAB-07 dostępnym na stronie internetowej www.pca.gov.pl / The identification code according to the Annex to document DAB-07, available at PCA website www.pca.gov.pl

KIEROWNIK DZIAŁU AKREDYTACJI BADAŃ MECHANICZNYCH I FIZYCZNYCH

MARIA SZAFRAN

Niniejszy dokument jest załącznikiem do Certyfikatu Akredytacji Nr AB 1741 z dnia 03.08.2022 r.
Cykl akredytacji od 05.03.2024 r. do 17.03.2028 r.
Status akredytacji oraz aktualność zakresu akredytacji można potwierdzić na stronie internetowej PCA *www.pca.gov.pl*

This document is an annex to accreditation certificate No. AB 1741 of 03.08.2022
Accreditation cycle from 05.03.2024 to 17.03.2028
The status of accreditation and validity of the scope of accreditation can be confirmed at PCA website *www.pca.gov.pl*

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy RCC Sp. z o.o. **Pracownia Badań i Analiz Chemicznych** ul. Grunwaldzka 2 A, 48-340 Głuchołazy		
Przedmiot badań/wyrób	**Rodzaj działalności/ badane cechy/metoda**	**Dokumenty odniesienia**
Materiały stosowane do produkcji sprzętu elektrycznego i elektronicznego: tworzywa sztuczne, wyroby z tworzyw sztucznych	Zawartość pierwiastków Zakres Cd (50 – 150) mg/kg Pb (300 – 1500) mg/kg Hg (300 – 1500) mg/kg $Br_{całk}$ (50 – 500) mg/kg $Cr_{całk}$ (300 – 1500) mg/kg Metoda fluorescencyjnej spektrometrii rentgenowskiej z dyspersją energii (ED-XRF)	PN-EN 62321-3-1:2014-08
Materiały stosowane do produkcji sprzętu elektrycznego i elektronicznego: Metale, wyroby ze stopów metali	Zawartość pierwiastków Zakres Cd (50 – 150) mg/kg Pb (300 – 1500) mg/kg Hg (300 – 1500) mg/kg $Cr_{całk}$ (300 – 1500) mg/kg Metoda fluorescencyjnej spektrometrii rentgenowskiej z dyspersją energii (ED-XRF)	

Wersja strony: A

Wykaz zmian
Zakresu Akredytacji Nr AB 1741

Status zmian: wersja pierwotna – A

Zatwierdzam status zmian

KIEROWNIK DZIAŁU AKREDYTACJI
BADAŃ MECHANICZNYCH I FIZYCZNYCH

HOLOGRAM
HOLOGRAM

HOLOGRAM
HOLOGRAM

MARIA SZAFRAN
dnia: 05.03.2024 r.