ZAKRES AKREDYTACJI
LABORATORIUM BADAWCZEGO
SCOPE OF ACCREDITATION FOR TESTING LABORATORY
Nr/No. AB 1382

wydany przez / issued by
POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI
01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42

Wydanie/Issue 14 z/of 24.11.2023 r.

AB 1382	Nazwa i adres / Name and address **ENEA WYTWARZANIE Sp. z o.o.** **LABORATORIUM BADAŃ FIZYKOCHEMICZNYCH** **ul. Aleja Józefa Zielińskiego 1** **Świerże Górne, 26-900 Kozienice**
Kod identyfikacyjny / Identification code *)	**Dziedzina i przedmiot badań / Field of testing and item:**
– C/36/P	– Badania chemiczne i pobieranie próbek gazów odlotowych / Chemical tests and sampling of waste gases
– M/58	– Badania inne - AST automatycznych systemów monitoringu (AMS) / Other tests - AST of automated measuring systems (AMS)
– P/36	– Pobieranie próbek gazów odlotowych / Sampling of waste gases

Wersja strony/Page version: A

*) Kod identyfikacyjny zgodnie z załącznikiem do dokumentu DAB-07 dostępnym na stronie internetowej www.pca.gov.pl / The identification code according to the Annex to document DAB-07, available at PCA website www.pca.gov.pl

KIEROWNIK DZIAŁU AKREDYTACJI BADAŃ EMISJI W ŚRODOWISKU

MARCIN BEKAS

Niniejszy dokument jest załącznikiem do Certyfikatu Akredytacji Nr AB 1382 z dnia 26.09.2019 r.
Cykl akredytacji od 04.12.2020 r. do 12.12.2024 r.
Status akredytacji oraz aktualność zakresu akredytacji można potwierdzić na stronie internetowej PCA *www.pca.gov.pl*

This document is an annex to accreditation certificate No. AB 1382 of 26.09.2019
Accreditation cycle from 04.12.2020 to 12.12.2024
The status of accreditation and validity of the scope of accreditation can be confirmed at PCA website *www.pca.gov.pl*

Laboratorium Badań Fizykochemicznych ul. Aleja Józefa Zielińskiego 1 Świerże Górne, 26-900 Kozienice		
Przedmiot badań/wyrób	**Rodzaj działalności/badane cechy/metoda**	**Dokumenty odniesienia**
Pomiary okresowe emisji do powietrza ze źródeł stacjonarnych wykonywane dla celów obszaru regulowanego		
Gazy odlotowe	Stężenie tlenku węgla Zakres: (4,0 – 625) mg/m^3 Metoda niedyspersyjnej spektrometrii w podczerwieni (NDIR)	PN-EN 15058:2017-04
	Stężenie tlenku azotu, tlenków azotu Zakres: NO (1,3 – 670) mg/m^3 NO_x (2,0 – 1025) mg/m^3 Metoda chemiluminescencyjna (CLD)	PN-EN 14792:2017-04
	Stężenie tlenu Zakres: (0,2 – 21) % Metoda paramagnetyczna (PMD)	PN-EN 14789:2017-04
	Pobieranie próbek do oznaczania stężenia dwutlenku siarki	PN-EN 14791:2017-04
	Stężenie SO_2 Zakres: (5,0 – 5000) mg/m^3 Metoda toronowa	
Automatyczne Systemy Monitoringu (AMS)	Roczne badanie kontrolne (AST) w zakresie: CO, NO, NOx, O_2, SO_2	PN-EN 14181:2015
	Stężenie CO Zakres: (4,0 – 625) mg/m^3 Metoda niedyspersyjnej spektrometrii w podczerwieni (NDIR)	PN-EN 15058:2017-04
	Stężenie NO, NOx NO (1,3 – 670) mg/m^3 NO_x (2,0 – 1025) mg/m^3 Metoda chemiluminescencyjna (CLD)	PN-EN 14792:2017-04
	Stężenie O_2 Zakres: (0,2 – 21) % Metoda paramagnetyczna (PMD)	PN-EN 14789:2017-04
	Stężenie SO_2 Zakres: (5,0 – 5000) mg/m^3 Metoda toronowa	PN-EN 14791:2017-04

Potwierdzono kompetencje laboratorium z uwzględnieniem mających zastosowanie wymagań przepisów aktów wykonawczych do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

Wersja strony: A

Wykaz zmian
Zakresu Akredytacji Nr AB 1382

Status zmian: wersja pierwotna – A

HOLOGRAM
HOLOGRAM

HOLOGRAM
HOLOGRAM

Zatwierdzam status zmian

KIEROWNIK DZIAŁU AKREDYTACJI BADAŃ EMISJI W ŚRODOWISKU

MARCIN BEKAS
dnia: 24.11.2023 r.