ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO
SCOPE OF ACCREDITATION FOR TESTING LABORATORY
Nr/No. AB 1907

wydany przez / issued by
POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI
01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42

Wydanie/Issue 2 z/of 08.08.2024

AB 1907	Nazwa i adres / Name and address **GRUPA AZOTY S.A.** **CENTRUM PROJEKTOWANIA I ROZWOJU APLIKACJI TWORZYW** **ul. Kwiatkowskiego 8** **33-101 Tarnów**
Kod identyfikacyjny / Identification code *)	**Dziedzina i przedmiot badań / Field of testing and item:**
- N/21	- Badania właściwości fizycznych wyrobów z tworzyw sztucznych i gumy / Tests of physical properties of plastic and rubber products

Wersja strony/Page version: A

*) Kod identyfikacyjny zgodnie z załącznikiem do dokumentu DAB-07 dostępnym na stronie internetowej www.pca.gov.pl / The identification code according to the Annex to document DAB-07, available at PCA website www.pca.gov.pl

KIEROWNIK
BIURA DS. AKREDYTACJI

TADEUSZ MATRAS

Niniejszy dokument jest załącznikiem do Certyfikatu Akredytacji Nr AB 1907 z dnia 08.08.2024 r.
Cykl akredytacji od 01.08.2024 r. do 31.07.2028 r.
Status akredytacji oraz aktualność zakresu akredytacji można potwierdzić na stronie internetowej PCA *www.pca.gov.pl*

This document is an annex to accreditation certificate No. AB 1907 of 08.08.2024
Accreditation cycle from 01.08.2024 to 31.07.2028
The status of accreditation and validity of the scope of accreditation can be confirmed at PCA website *www.pca.gov.pl*

Centrum Projektowania i Rozwoju Aplikacji Tworzyw ul. Kwiatkowskiego 8, 33-101 Tarnów		
Przedmiot badań/wyrób	**Rodzaj działalności/ badane cechy/metoda**	**Dokumenty odniesienia**
Tworzywa sztuczne **Termoplastyczne polimery i tworzywa sztuczne z wyłączeniem materiałów z recyklingu**	Zawartość popiołu Zakres: (5,00 – 75,00) % Metoda wagowa	PN-EN ISO 3451-1:2019-04 metoda A PN-EN ISO 3451-1:2010 metoda A ISO 3451-2:1998 metoda A ISO 3451-4:2024 metoda A
	Zawartość włókna szklanego Zakres: (10 – 60) % Metoda wagowa	PN-EN ISO 1172:2024-03 metoda A
	Temperatura oraz entalpia topnienia i krystalizacji Zakres: - temperatura (30,0 – 400,0) ºC Metoda różnicowej kalorymetrii skaningowej (DSC)	PN-EN ISO 11357-1:2023-09 PN-EN ISO 11357-3:2018-06
	Masowy wskaźnik szybkości płynięcia (MFR) Objętościowy wskaźnik szybkości płynięcia (MVR) Zakres: temperatura (190 – 300) ºC obciążenie (1,20 – 5,00) kg Metoda plastometryczna	PN-EN ISO 1133-1:2022-12 PN-EN ISO 1133-2:2011

Wersja strony: A

Wykaz zmian
Zakresu Akredytacji Nr AB 1907

Status zmian: wersja pierwotna – A

Zatwierdzam status zmian

KIEROWNIK
BIURA DS. AKREDYTACJI

HOLOGRAM
HOLOGRAM

HOLOGRAM
HOLOGRAM

TADEUSZ MATRAS
dnia: 08.08.2024 r.