ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM WZORCUJĄCEGO
SCOPE OF ACCREDITATION FOR CALIBRATION LABORATORY
Nr/No. AP 105

wydany przez / issued by
POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI
01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42

Wydanie/Issue 15 z/of 22.05.2023

AP 105	Nazwa i adres / Name and address **PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WDROŻENIOWE „AWAT" Sp. z o.o.** **ul. Gościnna 13** **05-082 Blizne Łaszczyńskiego**
Działalność prowadzona / Activity conducted w stałej lokalizacji (S) / at permanent location (S)	**Wzorcowanie / Calibration:** Numer i nazwa wielkości mierzonej / number and name of measurand*) 3.04 stężenie masowe (analiza wydechu)*)

Wersja strony/Page version: A

*) Numeracja wielkości mierzonych zgodna z podaną w załączniku nr 1 do dokumentu DAP-04 dostępnym na stronie internetowej www.pca.gov.pl / The numbering of measurand in accordance with the classification given in the Annex to document DAP-04, available at PCA website www.pca.gov.pl

KIEROWNIK DZIAŁU AKREDYTACJI WZORCOWAŃ

KATARZYNA WIŚNIEWSKA

Niniejszy dokument jest załącznikiem do Certyfikatu Akredytacji Nr AP 105 z dnia 09.07.2021 r.
Cykl akredytacji od 22.05.2023 r. do 11.06.2027 r.
Status akredytacji oraz aktualność zakresu akredytacji można potwierdzić na stronie internetowej PCA *www.pca.gov.pl*

This document is an annex to accreditation certificate No. AP 105 of 09.07.2021
Accreditation cycle from 22.05.2023 to 11.06.2027
The status of accreditation and validity of the scope of accreditation can be confirmed at PCA website *www.pca.gov.pl*

LABORATORIUM ANALIZATORÓW WYDECHU ul. Gościnna 13, 05-082 Blizne Łaszczyńskiego				
Obiekt wzorcowania/pomiaru	**Zakres pomiarowy**	**Niepewność pomiaru dla CMC**	**Miejsce dział.**	**Metoda pomiarowa**
Stężenie masowe (analiza wydechu)				
Analizatory wydechu	**(0,10 ÷ 0,40) mg/l** **(0,41 ÷ 0,70) mg/l** **(0,71 ÷ 1,00) mg/l** **(1,01÷ 1,50) mg/l** **(1,51÷ 2,00) mg/l**	**0,01 mg/l** **0,02 mg/l** **0,03 mg/l** **0,04 mg/l** **0,05 mg/l**	**S**	**Procedura wewnętrzna** **PT-01** **w oparciu o OIML R126-2:2021,** **A.1.1, A.2** Stężenie masowe etanolu w wydychanym powietrzu (mg etanolu w 1 l powietrza)

Wersja strony: A

Niepewność pomiaru dla CMC stanowi niepewność rozszerzoną przy prawdopodobieństwie rozszerzenia ok. 95 % i jest wyrażona w jednostkach wielkości mierzonej.

Wykaz zmian
Zakresu Akredytacji Nr AP 105

Status zmian: wersja pierwotna – A

HOLOGRAM
HOLOGRAM

HOLOGRAM
HOLOGRAM

Zatwierdzam status zmian

KIEROWNIK DZIAŁU AKREDYTACJI WZORCOWAŃ

KATARZYNA WIŚNIEWSKA
dnia: 22.05.2023 r.