ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM WZORCUJĄCEGO
SCOPE OF ACCREDITATION FOR CALIBRATION LABORATORY
Nr/No AP 192

wydany przez / issued by
POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI
01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42

Wydanie/Issue 3 z/of 06.06.2024

AP 192	Nazwa i adres / Name and address **SPECTRO-LAB Sp. z o.o.** **LABORATORIUM WZORCUJĄCE SPECTRO-LAB** **ul. Warszawska 100/102** **05-092 Łomianki**
Działalność prowadzona / Activity conducted poza lokalizacją (P) / outside of permanent location (P)	**Wzorcowanie / Calibration:** Numer i nazwa wielkości mierzonej / number and name of measurand*) 14.02 wilgotność względna 19.01 temperatura (termometria elektryczna)

Wersja strony/Page version: A

*) Numeracja wielkości mierzonych zgodna z podaną w załączniku nr 1 do dokumentu DAP-04 dostępnym na stronie internetowej www.pca.gov.pl / The numbering of measurand in accordance with the classification given in the Annex to document DAP-04, available at PCA website www.pca.gov.pl

KIEROWNIK DZIAŁU AKREDYTACJI WZORCOWAŃ

KATARZYNA WIŚNIEWSKA

Niniejszy dokument jest załącznikiem do Certyfikatu Akredytacji Nr AP 192 z dnia 10.06.2020 r.
Cykl akredytacji od 06.06.2024 r. do 09.06.2028 r.
Status akredytacji oraz aktualność zakresu akredytacji można potwierdzić na stronie internetowej PCA *www.pca.gov.pl*

This document is an annex to accreditation certificate No AP 192 of 10.06.2020
Accreditation cycle from 06.06.2024 to 09.06.2028
The status of accreditation and validity of the scope of accreditation can be confirmed at PCA website *www.pca.gov.pl*

Laboratorium Wzorcujące Spectro-Lab ul. Warszawska 100/102, 05-092 Łomianki				
Obiekt wzorcowania/pomiaru	**Zakres pomiarowy**	**Niepewność pomiaru dla CMC**	**Miejsce dział.**	**Metoda pomiarowa**
Wilgotność względna				
Komory klimatyczne	**(20 ÷ 98) %rh przy temperaturze (20 ÷ 90) °C**	**3,0 %rh**	**P**	**Procedura wewnętrzna PW-01**
Temperatura (termometria elektryczna)				
Komory klimatyczne Komory termostatyczne	**(-70 ÷ -40) °C (-40 ÷ 120) °C (120 ÷ 180) °C**	**0,4 °C[1)] 0,3 °C 0,3 °C[1)]**	**P**	**Procedura wewnętrzna PW-01 w oparciu o EURAMET cg-20 v. 5.0**

Wersja strony: A

Niepewność pomiaru dla CMC stanowi niepewność rozszerzoną przy prawdopodobieństwie rozszerzenia ok. 95 % i jest wyrażona w jednostkach wielkości mierzonej.

[1)] Wartość niepewności pomiaru dla CMC dotyczy pojedynczego punktu pomiarowego w przestrzeni obiektu wzorcowania.

Wykaz zmian
Zakresu Akredytacji Nr AP 192

Status zmian: wersja pierwotna – A

HOLOGRAM
HOLOGRAM

HOLOGRAM
HOLOGRAM

Zatwierdzam status zmian

KIEROWNIK DZIAŁU AKREDYTACJI WZORCOWAŃ

KATARZYNA WIŚNIEWSKA
dnia: 06.06.2024 r.