ZAKRES AKREDYTACJI
LABORATORIUM WZORCUJĄCEGO
SCOPE OF ACCREDITATION FOR CALIBRATION LABORATORY
Nr/No AP 193

wydany przez / issued by
POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI
01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42

Wydanie/Issue 5 z/of 31.01.2023

AP 193	Nazwa i adres / Name and address **PROXIMO AERO Sp. z o.o.** **Pl. Jana Kilińskiego 2** **35-005 Rzeszów**
Działalność prowadzona / Activity conducted w stałej lokalizacji (S) / at permanent location (S)	**Wzorcowanie / Calibration:** Numer i nazwa wielkości mierzonej / number and name of mesurand*) 12.02 moment siły*) 17.01 ciśnienie*)

Wersja strony/Page version: A

*) Numeracja wielkości mierzonych zgodna z podaną w załączniku nr 1 do dokumentu DAP-04 dostępnym na stronie internetowej www.pca.gov.pl / The numbering of measurand in accordance with the classification given in the Annex to document DAP-04, available at PCA website www.pca.gov.pl

KIEROWNIK DZIAŁU AKREDYTACJI WZORCOWAŃ

KATARZYNA WIŚNIEWSKA

Niniejszy dokument jest załącznikiem do Certyfikatu Akredytacji Nr AP 193 z dnia 16.02.2021 r.
Cykl akredytacji od 16.02.2021 r. do 15.02.2025 r.
Status akredytacji oraz aktualność zakresu akredytacji można potwierdzić na stronie internetowej PCA *www.pca.gov.pl*

This document is an annex to accreditation certificate No AP 193 of 16.02.2021
Accreditation cycle from 16.02.2021 to 15.02.2025
The status of accreditation and validity of the scope of accreditation can be confirmed at PCA website *www.pca.gov.pl*

Laboratorium Wzorcujące Proximo Aero ul. Dębicka 221A, 35-213 Rzeszów				
Obiekt wzorcowania/pomiaru	**Zakres pomiarowy**	**Niepewność pomiaru dla CMC**	**Miejsce dział.**	**Metoda pomiarowa**
moment siły				
klucze dynamometryczne	**(1 ÷ 10) Nm (2 ÷ 1000) Nm**	**0,9 % 0,5 %**	**S**	**PN-EN ISO 6789-2:2017-03**
wkrętaki dynamometryczne	**(0,4 ÷ 10) Nm (2 ÷ 20) Nm**	**1,5 % 0,4 %**		
ciśnienie				
ciśnieniomierze sprężynowe ciśnieniomierze elektroniczne przetworniki ciśnienia	**(-0,09 ÷ 0,25) MPa (0,25 ÷ 2,5) MPa (2,5 ÷ 7,0) MPa (7,0 ÷ 35) MPa (35 ÷ 1000) MPa**	**$1,8 \cdot 10^{-4}$ MPa $3,2 \cdot 10^{-3}$ MPa $8,9 \cdot 10^{-3}$ MPa $4,9 \cdot 10^{-2}$ MPa $1,4 \cdot 10^{-1}$ MPa**	**S**	**Procedura wewnętrzna IW-PA-01 oparta na EURAMET cg 17 ver. 4.0 2019 ciśnienie względne (gaz, ciecz)**
ciśnieniomierze sprężynowe ciśnieniomierze elektroniczne przetworniki ciśnienia	**(-0,09 ÷ 0,25) MPa (0,25 ÷ 2,5) MPa (2,5 ÷ 35) MPa**	**$1,8 \cdot 10^{-4}$ MPa $3,2 \cdot 10^{-3}$ MPa $4,9 \cdot 10^{-2}$ MPa**		**Procedura wewnętrzna IW-PA-01 oparta na EURAMET cg 17 ver. 4.0 2019 ciśnienie absolutne (gaz, ciecz)**

Wersja strony: A

Niepewność pomiaru dla CMC stanowi niepewność rozszerzoną przy prawdopodobieństwie rozszerzenia ok. 95 %. Wartość wyrażona w procentach jest niepewnością pomiaru względną i dotyczy procentowego udziału w wartości wielkości mierzonej. W pozostałych przypadkach niepewność pomiaru dla CMC wyrażona jest w jednostkach wielkości mierzonej.

Wykaz zmian
Zakresu Akredytacji Nr AP 193

Status zmian: wersja pierwotna – A

HOLOGRAM
HOLOGRAM

HOLOGRAM
HOLOGRAM

Zatwierdzam status zmian

KIEROWNIK DZIAŁU AKREDYTACJI WZORCOWAŃ

KATARZYNA WIŚNIEWSKA
dnia: 31.01.2023 r.