ZAKRES AKREDYTACJI
LABORATORIUM WZORCUJĄCEGO
SCOPE OF ACCREDITATION FOR CALIBRATION LABORATORY
Nr/No AP 203

wydany przez / issued by
POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI
01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42

Wydanie/Issue 2 z/of 03.08.2023

AP 203	Nazwa i adres / Name and address **PRO-LAB Sp. z o.o.** **LABORATORIUM WZORCUJĄCE PRO-LAB** **ul. Stefana Żeromskiego 6 lok. 1** **43-502 Czechowice-Dziedzice**
Działalność prowadzona / Activity conducted w stałej lokalizacji (S) i/lub poza nią (P) / at permanent location (S) and/or outside of permanent location (P)	**Wzorcowanie / Calibration:** Numer i nazwa wielkości mierzonej / number and name of measurand*) 1.02 prędkość*) 1.03 odległość*) 10.01 czas (przedział czasu)*)

Wersja strony/Page version: A

*) Numeracja wielkości mierzonych zgodna z podaną w załączniku nr 1 do dokumentu DAP-04 dostępnym na stronie internetowej www.pca.gov.pl / The numbering of measurand in accordance with the classification given in the Annex to document DAP-04, available at PCA website www.pca.gov.pl

KIEROWNIK DZIAŁU AKREDYTACJI WZORCOWAŃ

KATARZYNA WIŚNIEWSKA

Niniejszy dokument jest załącznikiem do Certyfikatu Akredytacji Nr AP 203 z dnia 03.08.2023 r.
Cykl akredytacji od 01.03.2022 r. do 28.02.2026 r.
Status akredytacji oraz aktualność zakresu akredytacji można potwierdzić na stronie internetowej PCA *www.pca.gov.pl*

This document is an annex to accreditation certificate No. AP 203 of 03.08.2023
Accreditation cycle from 01.03.2022 to 28.02.2026
The status of accreditation and validity of the scope of accreditation can be confirmed at PCA website *www.pca.gov.pl*

Laboratorium Wzorcujące PRO-LAB ul. Stefana Żeromskiego 6 lok. 1, 43-502 Czechowice-Dziedzice				
Obiekt wzorcowania/pomiaru	**Zakres pomiarowy**	**Niepewność pomiaru dla CMC**	**Miejsce dział.**	**Metoda pomiarowa**
prędkość, odległość				
przyrządy do sprawdzania tachografów **- prędkość liniowa** **- długość drogi** **- liczba obrotów** **- liczba impulsów przypadająca na 1 km**	 **(1 ÷ 180) km/h** **(100,0 ÷ 20000,0) m** **(1,00 ÷ 20000,00) obr** **(2500 ÷ 25000) imp/km**	 **0,06 km/h** **1,0 m** **0,2 obr** **3 imp/km**	**S, P**	**PS5.2**
czas (przedział czasu)				
chronokomparatory cyfrowe **- względne odchylenie czasu**	 **(-120,0 ÷ 120,0) s/d**	 **0,10 s/d**	**S, P**	**PS5.2**

Wersja strony: A

Niepewność pomiaru dla CMC stanowi niepewność rozszerzoną przy prawdopodobieństwie rozszerzenia ok. 95 %. Niepewność pomiaru dla CMC wyrażona jest w jednostkach wielkości mierzonej.

Wykaz zmian
Zakresu Akredytacji Nr AP 203

Status zmian: wersja pierwotna – A

HOLOGRAM
HOLOGRAM

HOLOGRAM
HOLOGRAM

Zatwierdzam status zmian

KIEROWNIK DZIAŁU AKREDYTACJI WZORCOWAŃ

KATARZYNA WIŚNIEWSKA
dnia: 03.08.2023 r.