

**ZAKRES AKREDYTACJI
LABORATORIUM WZORCUJĄCEGO
SCOPE OF ACCREDITATION FOR CALIBRATION LABORATORY
Nr/No AP 193**

wydany przez / issued by
POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI
01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42

Wydanie/Issue 6 z/of 16.01.2025

 AP 193	Nazwa i adres / Name and address PROXIMO AERO Sp. z o.o. Pl. Jana Kilińskiego 2 35-005 Rzeszów
Działalność prowadzona / Activity conducted w stałej lokalizacji (S) / at permanent location (S)	Wzorcowanie / Calibration: Numer i nazwa wielkości mierzonej / number and name of measurand^{*)} 12.02 moment siły 17.01 ciśnienie

Wersja strony/Page version: A

^{*)} Numeracja wielkości mierzonych zgodna z podaną w załączniku nr 1 do dokumentu DAP-04 dostępnym na stronie internetowej www.pca.gov.pl / The numbering of measurand in accordance with the classification given in the Annex to document DAP-04, available at PCA website www.pca.gov.pl

**KIEROWNIK DZIAŁU AKREDYTACJI
WZORCOWAŃ**

KATARZYNA WIŚNIEWSKA

Niniejszy dokument jest załącznikiem do Certyfikatu Akredytacji Nr AP 193 z dnia 16.02.2021 r.
Cykl akredytacji od 16.01.2025 r. do 15.02.2029 r.
Status akredytacji oraz aktualność zakresu akredytacji można potwierdzić na stronie internetowej PCA www.pca.gov.pl

This document is an annex to accreditation certificate No AP 193 of 16.02.2021

Accreditation cycle from 16.01.2025 to 15.02.2029

The status of accreditation and validity of the scope of accreditation can be confirmed at PCA website www.pca.gov.pl

Laboratorium Wzorcujące Proximo Aero				
ul. Dębicka 221A, 35-213 Rzeszów				
Obiekt wzorcowania/pomiaru	Zakres pomiarowy	Niepewność pomiaru dla CMC	Miejsce dział.	Metoda pomiarowa
Moment siły				
Klucze dynamometryczne	1 Nm do 10 Nm 2 Nm do 1000 Nm	0,9 % 0,5 %	S	PN-EN ISO 6789-2:2017-03
Wkrętaki dynamometryczne	0,4 Nm do 10 Nm 2 Nm do 20 Nm	1,5 % 0,4 %		
Ciśnienie				
Ciśnieniomierze sprężynowe Ciśnieniomierze elektroniczne Przetworniki ciśnienia - ciśnienie względne (gaz, ciecz)	-0,09 MPa do 0,25 MPa 0,25 MPa do 2,5 MPa 2,5 MPa do 7,0 MPa 7,0 MPa do 35 MPa 35 MPa do 100 MPa	$1,8 \cdot 10^{-4}$ MPa $3,2 \cdot 10^{-3}$ MPa $8,9 \cdot 10^{-3}$ MPa $4,9 \cdot 10^{-2}$ MPa $1,4 \cdot 10^{-1}$ MPa	S	Procedura wewnętrzna IW-PA-01 w oparciu o EURAMET cg 17 v. 4.1
Ciśnieniomierze sprężynowe Ciśnieniomierze elektroniczne Przetworniki ciśnienia - ciśnienie absolutne (gaz, ciecz)	-0,09 MPa do 0,25 MPa 0,25 MPa do 2,5 MPa 2,5 MPa do 35 MPa	$1,8 \cdot 10^{-4}$ MPa $3,2 \cdot 10^{-3}$ MPa $4,9 \cdot 10^{-2}$ MPa		Procedura wewnętrzna IW-PA-01 w oparciu o EURAMET cg 17 v. 4.1


Wersja strony: A

Niepewność pomiaru dla CMC stanowi niepewność rozszerzoną przy prawdopodobieństwie rozszerzenia ok. 95 % i jest wyrażona w jednostkach wielkości mierzonej.

Wartość niepewności pomiaru dla CMC wyrażona w procentach jest niepewnością pomiaru względną i dotyczy procentowego udziału w wartości wielkości mierzonej.

Wykaz zmian Zakresu Akredytacji Nr AP 193

Status zmian: wersja pierwotna – A



Zatwierdzam status zmian

**KIEROWNIK DZIAŁU AKREDYTACJI
WZORCOWAŃ**

KATARZYNA WIŚNIEWSKA
dnia: 16.01.2025 r.